

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Oggetto dell'Appalto: Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativa alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016, per la fornitura dei seguenti prodotti:

<i>Operatore individuato</i>	TECHNOLOGIC S.R.L.	
<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Quantità richiesta</i>	<i>Prezzo unitario presunto (IVA esclusa)</i>
Mammografo digitale con Tomosintesi SELENIA VALUE+ HOLOGIC		
Riparazione o eventuale sostituzione dell'apparecchiatura		
come da relazione allegata		€ 90.000,00

Motivazione della pubblicazione del presente Avviso: con il presente avviso si intende effettuare apposita indagine di mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, altri operatori economici possano fornire i prodotti sopra citati con caratteristiche tecniche simili o equivalenti che abbiano la medesima equivalenza prestazionale a quella indicata nel presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l'interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti sopra descritti entro le ore 12,00 del **31.01.2019** (termine perentorio), dichiarando la propria possibilità di fornire quanto in argomento.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'**U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato dell'ASL Salerno** a mezzo PEC all'indirizzo provveditore@pec.aslsalerno.it e dovrà recare la seguente dicitura:

Riparazione o eventuale sostituzione Mammografo Digitale con Tomosintesi SELANIA VALUE + HOLOGIC

Nel caso in cui, a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermato che le Società innanzi indicate costituiscono gli unici operatori economici in grado di fornire i prodotti richiesti, questa Azienda intende, altresì, manifestare l'intenzione di stipulare un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con le Società che sono state individuate quali unici fornitori del prodotto *de quibus*

Il Responsabile dell'Istruttoria

f.to Francesco Botta

Il Direttore

U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato

f.to Dott.ssa Vanessa Mazziotti

Al Direttore dell'U.O.C. Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi
ed economato

OGGETTO: Configurazione Mammografo Digitale Selenia della Hologic, matr. 81005143492A, Inv. 404272, in dotazione al P.O. di Pagani

Il Mammografo in oggetto acquistato da questa ASL a mezzo adesione alla Convenzione Consip S.p.A. "Mammografi digitali diretti" (D.D.G. N.ro 753 del 23.09.2013), ed integrato con il sistema dedicato di "tomosintesi" (D.D.G. N.ro 175 del 18.02.2014) ha la seguente configurazione:

DESCRIZIONE	COMPONENTI	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	VALORE DI ACQUISTO AL NETTO DELL'IVA
Mammografo con detettore HDT (DQE pari al 75% ad 1 paio di linee per mm, FOV non inferiore a 23x29, pixel 70 micron) completo di modalità DICOM query/retrieve work-list e print	Mammografo	HOLOGIC	SELENIA VALUE+	81005143492A	70.000,00
	Consolle di acquisizione con UPS	HOLOGIC		81005143492A	
	Monitor Medica da 3 Mp b/n	TOTOKU	MS33i2	L573004169	
	Dispositivo di compressione manuale ed automatico	HOLOGIC			
Sistema per Biopsie	Sistema motorizzato per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo con accesso laterale e verticale	HOLOGIC	AFFIRM	82005140705	16.500,00
	ASPIRATORE PER BIOPSIE completo di adattatori	SUROS SURGICAL SYSTEMS	ATEC SAPPHIRE	501231	

UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie

Via Nizza, 146 - 84124 Salerno - Tel. 089.693690 - Fax 089.693596
Email: tecnobiomed@aslsalerno.it PEC: tecnobiomed@pec.aslsalerno.it

Workstation di refertazione	Stazione di refertazione	DELL	T7610 CTO Base	JB3HD22	15.600,00
	Software per stazione di refertazione	HOLOGIC	SECUR VIEW	2980513B4777-SW	
	Sistema di visualizzazione multimodale	HOLOGIC			
	Monitor Medica da 5 Mp	TOTOKU	MS53i2	L574004579	
	Monitor Medica da 5 Mp	TOTOKU	MS53i2	L574004580	
	N° 2 Lastre plexiglass 28x31 da 2cm				
	N° 2 Lastre plexiglass 28x31 da 1,5cm				
	N° 1 Lastra plexiglass 28x31 da 2,5cm				
SISTEMA DI TOMOSINTESI (KIT FMI SDM UPGRADE FROM 2D TO 3D, Modulo hardware per la movimentazione della testa del tubo e software di predisposizione per tomosintesi 3D)	Software per Tomosintesi	HOLOGIC	SECUR VIEW 8.2.1	9-30338C37	80.000,00
	Tastiera Ergonomica	HOLOGIC			
	5 Compressori di cui uno piccolo, uno frameless, due con spot 7,5cm, uno con ingrandimento, uno con spot 15cm	HOLOGIC			
	Pedale	HOLOGIC			
	UPS	HOLOGIC			
TOTALE =					182.100,00

L'eventuale mammografo, offerto in sostituzione, deve, dunque, essere compatibile con le altre componenti indicate in tabella.

Lm/


IL DIRETTORE
- Dott.ssa Cinzia POLICASTRO -